

Tourniquet

CONTROLLO EMORRAGIA MASSIVA

1

Posizionare il tourniquet appena prossimale (5-8 cm) rispetto alla fonte di sanguinamento, evitando l'applicazione su qualsiasi articolazione dell'estremità.

2

Stringere il tourniquet finchè non si avverte più il polso distale

3

Indicare sempre l'orario di posizionamento

4

Non coprire il tourniquet

5

Rivalutazione, limitare il tempo di posizionamento del tourniquet a 2-3 ore

